

Testēšanas pārskats**Nr.640/23**EN ISO/IEC 17025
T-312

Pasūtītājs:	SIA "ATEKA"
Pasūtītāja adrese:	Ozolciema iela 16 k-2 - 1, Rīga, LV-1058
Parauga(-u) apraksts:	Organisks pretblaugznu šampūns
Parauga(-u) ņemšanas vieta, datums, laiks, plāns un procedūra:	Tvaika iela 35, Rīga 18.01.2023. Par parauga ņemšanu atbildīgs ir klients.
Papildus ziņas par paraugu:	Paraugš piegādāts termosomā: Nē Paraugš piegādāts: Oriģinālā iepakojumā Paraugš piegādāja: Klients

Pieņemšanas datums, laiks:
18/01/2023 13:40**Testēšana uzsākta:**
18/01/2023**Testēšana pabeigta:**
15/02/2023**Analīžu rezultāti**

Rādītājs	Nr.	Rezultāts	Metode
Mezofilo aerobo mikroorganismu skaits		< 1 x 10 ¹ KVV / 1g	LVS EN ISO 21149 : 2017, izmantojot Eugon LT100 buljonu kā neitralizācijas šķīdumu
Staphylococcus aureus		Nav konstatēts / 1g	LVS EN ISO 22718 : 2016, izmantojot Eugon LT100 buljonu kā neitralizācijas šķīdumu
Pseudomonas aeruginosa		Nav konstatētas / 1g	LVS EN ISO 22717 : 2016 izmantojot Eugon LT100 buljonu kā neitralizācijas šķīdumu
Candida albicans		Nav konstatētas / 1g	LVS EN ISO 18416 : 2016, izmantojot Eugon LT100 buljonu kā neitralizācijas šķīdumu
Escherichia coli		Nav konstatētas / 1g	ISO 21150 : 2015, izmantojot Eugon LT100 buljonu kā neitralizācijas šķīdumu
pH		4.02 20.8°C	GOST 29188.2-2014

Testēšanas pārskats sagatavots: 15/02/2023
Testēšanas pārskats sagatavots elektroniski un derīgs bez paraksta.Testēšanas rezultātus pārbaudīja un apstiprināja
Ķīmiķe /Lelde Paula Ozoliņa/